

## PRZYGOTOWANIE DO BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM ( MR)

### WAŻNE INFORMACJE




NA 3 GODZINY PRZED BADANIEM NALEŻY POZOSTAĆ NA CZCZO (MOŻNA PIĆ WODĘ).



NA BADANIE NALEŻY PRZYJŚĆ CO NAJMNIEJ 15 MIN PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ W CELU WYPEŁNIENIA ANKIETY MEDYCZNEJ.



OSOBY, KTÓRE PRZYJMUJĄ NA STAŁE LEKI, POWINNY JE ZAŻYĆ TAK JAK ZWYKLE.



W CZASIE TRWANIA BADANIA (20-60 MIN.) NALEŻY POZOSTAĆ NIERUCHOMO W JEDNEJ POZYCJI.



NA BADANIE NALEŻY PRZYJŚĆ W ODZIEŻY NIEZAWIERAJĄCEJ ELEMENTÓW METALOWYCH ( GUZIKÓW, NITÓW, ZAPIĘĆ, ZAMKÓW BŁYSKAWICZNYCH ITP.)

ZAKAZ POSIADANIA  
PRZEDMIOTÓW  
METALOWYCH



DO POMIESZCZENIA Z APARATEM MR PROSIMY NIE WNOSIĆ METALOWYCH PRZEDMIOTÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI TELEFONÓW, KART KREDYTOWYCH, ZEGARKÓW LUB INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH.



WSKAZANE JEST ZABRANIE ZE SOBĄ CIEPLEJSZEJ ODZIEŻY, W POMIESZCZENIU Z APARATEM MR JEST CHŁODNO (15-20°C)



PRZED BADANIEM NALEŻY ZDJAĆ TAKIE PRZEDMIOTY JAK; OKULARY, BIŻUTERIA, ZEGAREK, APARAT SŁUCHOWY, PROTEZY ZĘBOWE.



W WYPADKU BADANIA Z ŚRODKIEM KONTRASTUJĄCYM KONIECZNE JEST POSIADANIE WYNIKU POZIOMU KREATYNINY ( NIE STARSZE, NIŻ 30 DNI, A W PRZYPADKU WYSTĘPUJĄCYCH CHORÓB NEREK-NIE STARSZE, NIŻ 7 DNI)

### PRZECIWSKAZANIA DO BADANIA

#### BEZWZGLĘDNE:



metalowe „magnetyczne” ciała obce w tkankach pacjenta (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów mięszszowych, gałek ocznych; płytki ortopedyczne, itp.), niektóre kłamry chirurgiczne, elektrostymulator serca, implanty wewnątrzuszne, wszczepione pompy insulinowe, klipsy metalowe, ciąża ( I trymestr).

#### WZGLĘDNE:



ciąża (II i III trymestr), „magnetyczne” implanty trwale związane z układem kostnym, rozległe tatuaże w badaniu okolicy, klaustrofobia oraz pompa insulinowa, która musi być odłączona na czas badania.